



ISO-Kalibrierzertifikat für Strömungssensoren

ISO-Kalibrierung SD

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: SD600

transmitter type: SD600

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

Messbereich: 0...100 l/min

temperature range: 0...100 l/min

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ±0.5 %

accuracy: ±0.5 %

Kalibrierdatum: 12.03.2017

date of calibration: 12.03.2017

Auftragsnummer: 12345678

job no.: 12345678

Referenzgerät: SD600

reference unit: SD600

Prüfnormal, Temperatur: DIN EN ISO 9001

testing device, temperature: DIN EN ISO 9001

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

PTB-Zertifikat: PTB 11111

PTB certificate: PTB 11111

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Strömungssensorenart mit einem "Schwermetall-Fluide" mit einem Referenz-Fluide als Vergleichsmittel in Verbindung mit dem Strömungssensoren-Fluide und dem Referenz-Fluide.

The calibration was performed with the specified flow sensor type with a "heavy metal fluid" with a reference fluid as a comparison medium in connection with the flow sensor fluid and the reference fluid.

Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur für die angegebenen Strömungssensoren und Strömungsbedingungen gültig. Die Messwerte sind auf einen relativen Fehler von ±0,5 %.

The specified accuracy is only valid for the specified flow sensors and flow conditions. The measured values are relative to an error of ±0,5 %.

Die Angabe der Messgenauigkeit ist nur für die angegebenen Strömungssensoren und Strömungsbedingungen gültig. Die Messwerte sind auf einen relativen Fehler von ±0,5 %.

The specified accuracy is only valid for the specified flow sensors and flow conditions. The measured values are relative to an error of ±0,5 %.

Die Angabe der Messgenauigkeit ist nur für die angegebenen Strömungssensoren und Strömungsbedingungen gültig. Die Messwerte sind auf einen relativen Fehler von ±0,5 %.

The specified accuracy is only valid for the specified flow sensors and flow conditions. The measured values are relative to an error of ±0,5 %.

Die Angabe der Messgenauigkeit ist nur für die angegebenen Strömungssensoren und Strömungsbedingungen gültig. Die Messwerte sind auf einen relativen Fehler von ±0,5 %.

The specified accuracy is only valid for the specified flow sensors and flow conditions. The measured values are relative to an error of ±0,5 %.

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 15
Bemerkungen	
Bemerkungen	Das ISO-Kalibrierzertifikat ist nicht nach dem EA MLA (Multilateral Agreement) anerkannt und gilt damit als nicht rückgeführt. Das Kalibrierzertifikat muss in Verbindung mit einem Gerät bestellt werden. Ausgeliefert wird das entsprechende Gerät mit dem Kalibrierzertifikat. Das Kalibrierzertifikat ist zweisprachig (deutsch/englisch). Nachträgliche Bestellungen sind nur möglich, wenn sich das Gerät bei der Rücksendung in einem sauberen Zustand befindet. In der Internetversion des Datenblattes ist ein Musterzertifikat unter der Registerkarte "Downloads" abgelegt. Für die SDx6xx Sensoren ist die Ausstellung ausschließlich für die Luftkennlinie möglich
Verpackungseinheit	1 Stück